

Số: 78/TM-BVLH
V/v báo giá thiết bị y tế máy nội soi Tai
Mũi Họng

Thạch Hà, ngày 17 tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế Máy nội soi Tai Mũi Họng năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỘC HÀ

Địa chỉ: Tổ dân phố Khánh yên - Thị trấn Lộc Hà - Huyện Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Hồ Thị Cúc – Trưởng khoa Dược – Thiết bị - Vật tư y tế;

Sdt: 0916915072; Email: **hocuc1301@gmail.com**

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Thiết bị - Vật tư y tế – Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà – Thị trấn Lộc Hà – Huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 18 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h30 ngày 31 tháng 3 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục mua sắm mới thiết bị y tế Máy nội soi Tai Mũi Họng năm 2025
(có Phụ lục Danh mục yêu cầu kèm theo)

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bàn giao, nghiệm thu tại khoa trực tiếp sử dụng thiết bị của Bệnh viện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website đơn vị;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Dương Hùng Anh

Mẫu báo giá BÁO GIÁ

Kính gửi:

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của....., chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các danh mục mua sắm thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho thiết bị y tế:

STT	Tên thiết bị y tế	Tên thương mại (nếu có)	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ) (đã bao gồm VAT)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A									
n	.									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

PHỤ LỤC: Danh mục mua sắm thiết bị y tế Máy nội soi Tai Mũi Họng
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 78/TM-BVLH ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà)

STT	Tên thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
1	Máy nội soi Tai Mũi Họng	Cái	01	I. Cấu hình bao gồm: - Camera 1080P: 01 cái - Nguồn sáng LED 100W: 01 cái - Màn hình chuyên dụng 22 inch FHD: 1 cái - Bàn đẩy: 01 cái - Optic 0⁰ người lớn (4mm): 01 cái - Optic 0⁰ trẻ em (2.7mm): 01 cái - Dây dẫn sáng: 01 cái II. Thông số kỹ thuật: Camera: - Cân bằng trắng tự động hoặc chỉnh tay. - Độ sáng 1-30 bước - Zoom hình: 0 - 8X - Tín hiệu đầu vào 1080P. - Camera có chức năng dừng hình. - Độ phân giải đầu ra: 1920 x 1080 60 khung hình. - Khẩu độ (Corector) lựa chọn theo thăm khám hoặc phẫu thuật: F18, F20, F22, tùy chọn. - Bộ điều khiển từ xa: đầu camera có 2 chức năng điều khiển. - Độ phân giải ngang: > 1100 đường. - Định dạng quét: quét liên tục 16: 9. - Độ sáng thấp nhất: 0.2lux - SNR: 60 db - Tín hiệu đầu ra video: CVBS –SDI/HDMI/DVI - Chất liệu hợp kim nhôm Nguồn sáng: - Ánh sáng Led, công suất chiếu sáng: 0 - 100w. - Nhiệt độ màu từ 4500 – 6500K - Vùng sáng 7,7(mm) - Môi trường làm việc :0 – 40 độ - Dòng điện tối đa: 0.8A.

STT	Tên thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
				- Tuổi thọ bóng 60.000 – 100.000 giờ sử dụng. - Ánh sáng lạnh: 0.5lux x F2.0 Có thể điều chỉnh độ tăng giảm ánh sáng từ 30% đến 100% Màn hình: - Kích thước: 22 inch - Độ phân giải full HD: 1920x1080 - Độ Sáng: 400cd/m2 - Tín hiệu đầu vào: HDMI – DVI – VGA – CVBS – USB – 3G-SDI/HD-SDI (option) - Nguồn điện: AC 100~240V 50/60Hz
	01 khoản			