

Số: 161/TM-BVLH
V/v báo giá Máy đo huyết áp tự động
năm 2025

Thạch Hà, ngày 02 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Máy đo huyết áp tự động năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỘC HÀ**

Địa chỉ: Tổ dân phố Khánh Yên - Thị trấn Lộc Hà - Huyện Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Hồ Thị Cúc – Trưởng khoa Dược – Thiết bị - Vật tư y tế;

SĐT: 0916915072; Email: hocuc1301@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Qua mail và trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Thiết bị - Vật tư y tế – Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà – Thị trấn Lộc Hà – Huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 ngày 03 tháng 6 năm 2025 đến trước 17h30 ngày 16 tháng 6 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục mua sắm mới Máy đo huyết áp tự động năm 2025 (có Phụ lục Danh mục yêu cầu kèm theo)

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bàn giao, nghiệm thu tại khoa trực tiếp sử dụng thiết bị của Bệnh viện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website đơn vị;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Dương Hùng Anh

Mẫu báo giá BÁO GIÁ

Kính gửi:

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của....., chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các danh mục mua sắm thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho thiết bị y tế:

STT	Tên thiết bị y tế	Tên thương mại (nếu có)	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ) (đã bao gồm VAT)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A									
n	.									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

PHỤ LỤC: Danh mục yêu cầu báo giá

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 161/TM-BVLH ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà)

STT	Tên thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật
1	Máy đo huyết áp tự động	Máy	02	1. Yêu cầu chung: - Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. Còn nguyên đai của nhà sản xuất, đúng nguồn gốc xuất xứ. - Đã được nhiệt đới hoá, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn y tế ISO 9001, ISO 13485, CE 0123. 2. Yêu cầu kỹ thuật: - Phương pháp: Phương pháp Oscillometric - Phương pháp bơm: Tự động - Màn hình: FND (LED 7 thanh) - Áp lực bơm vào: 30 đến 280mmHg - Áp suất: 1 mmHg (Pulse: 30-200/phút tối thiểu) - Độ chính xác: ± 2 mmHg (Pulse: $\pm 3\%$) - Thời gian bơm áp lực: xấp xỉ 10 giây - Thời gian đo: Xấp xỉ 30 giây - Máy in: Máy in nhiệt tốc độ cao - Nguồn điện: AC 230V - Tần số: 50Hz - Dừng khẩn cấp: Có nút dừng khẩn cấp - Âm thanh: Các âm thanh hướng dẫn được đưa ra khi đo - Điện tiêu thụ: 50VA - Sử dụng: Nhiệt độ: +10 đến +40, Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn - Bảo quản: Nhiệt độ +5 đến +50, Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn - Kích thước: 453x340x306 (WxDxH) mm - Khối lượng: 8.6kg 3. Cấu hình và phụ kiện: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 1 cái - Tấm đỡ tay: 1 cái - Cuộn giấy in nhiệt: 1 cái - Hướng dẫn sử dụng: 1 cái
	01 khoản			